

---

## Certificado de Análises

Nome do produto: água DEPC tratada  
Código: 13-12100-01  
Apresentação: 100 mL  
Armazenamento: Temperatura Ambiente

**Lote: 181.218BT**

**Código: 13-12100-10**

**Validade: 13/Dez/2020**

---

TESTE	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
-------	----------------	------------

Ensaio de Ribonucleases

Especificação: Não deve haver degradação do marcador de RNA de 0,5-10 Kb em comparação com o controle após uma incubação de 3 horas com água tratada com DEPC.

Resultado: atende às especificações.

Ensaio de Desoxirribonuclease

Não deve haver degradação do marcador de DNA em comparação com o controle após uma incubação de 3 horas com água tratada com DEPC.

Resultado: atende às especificações.

---

Importante: Este produto é fornecido com propósitos de pesquisa, não sendo seu uso indicado em humanos, aplicações terapêuticas ou de diagnóstico.

De acordo com o original fornecido pelo fabricante

Assinado eletronicamente