

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Tripsina 1:250 – 0,25% (1X) - 100 mL

BR30042-01

2,5 g/L Tripsina suína

EDTA 0,2 g/L

Em HBSS modificado

Sem cálcio, Sem magnésio, Sem Vermelho de fenol

Lote: 040.318TL2 Produção: 27/Fev/2018 Validade: 27/Fev/2020

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	Límpido Transparente		Límpido Transparente
pH 7,8 – 8,2			8,0
Esterilidade: (bactérias e fungos)	Sem crescimento	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 0,125	EU/mL	≤ 0,125
<i>Mycoplasma</i>	Negativo	(qPCR)	Negativo



Responsável Técnico
LGC Biotecnologia Ltda.