
CERTIFICADO DE ANÁLISES

Produto: DMEM-High Glucose
L-Glutamina e Bicarbonato de Sódio (3.7 g/L)

Lote: 071.018TA

Código: BR30003-05

Data de Produção: 02/Out/2018

Data de Validade: 02/Out/2019

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	liquid claro, transparente		Claro, transparente
pH c/NaHCO₃	7.2 +/- 0.2		7.26
Bactérias e fungos	Sem crescimento		Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 10.0	EU/mL	≤ 5
<i>Mycoplasma</i>	Negativo	qPCR	Negativo

Assinado eletronicamente